

Nombre del organismo contratante	HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS
---	-------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	LICITACION PRIVADA	Nro	21	Ejercicio:	2016
Clase:	DE ETAPA UNICA NACIONAL				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				
Expediente:	HOSPITAL PROF. A. POSADAS 5836/2016				
Rubro comercial:	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB				
Objeto de la contratación:	MATERIAL PARA OSTEOSINTESIS				
Costo del pliego:	PLIEGO SIN VALOR				

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	HASTA EL DIA 20/09/2016 A LAS 10:00 HS Recepción de Ofertas hasta el 20 de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	20 de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas

ESPECIFICACIONES

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
1	30,000000	UN	295-07456-0002	PLACAS P/CIRUGIA; MATERIAL TITANIO - ORIFICIOS 6 -.	NO

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2494 CANTIDAD 120

Especificación técnica:

PLACA BLOQUEADA DE DIAMETRO 4,5 MM , RECTA , RECONSTRUCCION, ANCHAS, ANGOSTAS, EN T Y EN L , PARA FEMUR,TIBIA Y HUMERO, INCLUYE LOS TORNILLOS PARA CADA PLACA.

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
2	20,000000	UN	295-07456-0001	PLACAS P/CIRUGIA; MATERIAL TITANIO - ORIFICIOS 5 -.	NO

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2495 CANTIDAD 120

Especificación técnica:

PLACA BLOQUEADA DE DIAMETRO 3,5 MM , RECTA , DCP, RECONSTRUCCION, ANCHA, ANGOSTA, TERCIO DE TUBO, TREPOLAR , LAMBDA Y TRIPLE HILERA, PARA TIBIA, CUBITO Y RADIO, INCLUYE LOS TORNILLOS PARA CADA PLACA.

ESPECIFICACIONES

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
3	20,000000	UN	295-00391-0100	PROTESIS ORTOPEDICA; COMPONENTES CLAVO ENDOMEDULAR - USO OSTEOSINTESIS	NO
<p>Observaciones del ítem: PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2496 CANTIDAD 120</p> <p>Especificación técnica: CLAVO DE TITANIO ENDOMEDULAR MULTIACERROJADO DE FEMUR ANATOMICO, FRESADO/SIN FRESAR, CON CERROJO DINAMICO PROXIMAL Y DISTAL ANTEROGRADO-RETROGRADO CON 5 OPCIONES DE DIAMETROS Y 8 OPCIONES DE LARGO, DE 300 A 400 MM.</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
4	20,000000	UN	295-00391-0087	PROTESIS ORTOPEDICA; COMPONENTES CLAVOS ACERROJADOSUN - USO PIERNA Y PIE -	NO
<p>Observaciones del ítem: PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2497 CANTIDAD 120</p> <p>Especificación técnica: CLAVO DE TITANIO ENDOMEDULAR MULTIACERROJADO DE TIBIA ANATOMICO CON 5 CERROJOS PROXIMALES Y 5 DISTALES, MULTIPLANAR, OPCIONES DE DIAMETROS DE 9 A 12 MM , 9 OPCIONES DE LARGO DE 270 A 390 MM.</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
5	20,000000	UN	295-00391-0009	PROTESIS ORTOPEDICA; COMPONENTES CLAVOS - USO IMPLANTES P/FIJACION INT. -.	NO
<p>Observaciones del ítem: PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2498 CANTIDAD 120</p> <p>Especificación técnica: CLAVO FLEXIBLE ISOELASTICO PEDIATRICO DE TITANIO.</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
6	10,000000	UN	295-00391-0013	PROTESIS ORTOPEDICA; COMPONENTES CLAVO PLACA C/TORNILLO - USO SET DE OSTEOSINTESIS -.	NO
<p>Observaciones del ítem: PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2499 CANTIDAD 120</p> <p>Especificación técnica: CLAVO PLACA DESLIZANTE CON SUS CORRESPONDIENTES TORNILLOS TIPO DHS-DCS</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
7	20,000000	UN	295-07457-0001	TORNILLOS P/CIRUGIA; MATERIAL TITANIO - LARGO 4cm - TIPO CANULADO -.	NO
<p>Observaciones del ítem: PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 2500 CANTIDAD 120</p> <p>Especificación técnica: TORNILLO CANULADO CON ARANDELA DE DIAMETROS 3,5 / 4,5 / 6,5 MM</p>					

CLÁUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS FECHA FACTURA

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:

60 DIAS HÁBILES Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Lugar:

SERVICIO DE ESTERILIZACION
PTE. ILLIA Y MARCONI S/N
EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Moneda de cotización:

PESOS

Observaciones:

ENTREGA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN, 2º PISO ÁREA QUIRÚRGICA, CON 72 HS DE ANT. A LA CIRUGÍA.

1-LOS PROPONENTES DEBERAN COTIZAR SEGUN LO DETALLADO EN "ESPECIFICACION TECNICA"

2-TODO EL MATERIAL DEBERA SER DE LA MISMA MARCA DEBIDO A LA ADAPTACION DE PLACAS CON TORNILLOS. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA PROVEER EL SET CORRESPONDIENTE PARA LA COLOCACION DE PLACAS Y TORNILLOS EN CADA CIRUGIA.

3-ESQUEMA DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA OC Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.

4-LOS INSUMOS ADJUDICADOS, DEBERAN TENER UN VENCIMIENTO DE 18 MESES O SUPERIOR, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS MISMOS EN EL DEPOSITO CENTRAL DE ESTE HOSPITAL

5-SOLO SERAN ADJUDICADOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 2318/02 Y 2319/02 ANMAT Y N° DE REGISTRO PM.

6- LOS OFERENTES DEBERAN ACREDITAR CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 255/94 EN APARTADO SIGUIENTE "SE EXIGE LA DIRECCION TECNICA DE UN FARMACEUTICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE LOS PRODUCTOS ATOXICOS, ESTERILES Y LIBRES DE PIROGENOS PARA UN SOLO USO O PARA UN REUSO CONDICIONADO.

7- EN TODOS LOS RENGLONES SE DEBERA INDICAR MARCA

Opción a Prórroga: