

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renclón 1:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Cámara Gamma Spect, GE STARCAM 400 XCT, un Procesador de Datos e Imágenes y un Activimetro ACT 15 P.

CANTIDAD: 12 MESES

CARACTERÍSTICAS:

- EL MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR LA MANO DE OBRA DE TODAS LAS REPARACIONES QUE CONTEMPLA EL RENGLON N° 1
- SE DEBERAN EFECTUAR LAS CALIBRACIONES DE ENERGIA, UNIFORMIDAD Y CENTRO DE ROTACION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LA CAMARA GAMMA SPECT
- LAS CALIBRACIONES DE LINEALIDAD SE REALIZARAN DE FORMA TRIMESTRAL
- SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE FILTROS Y CUALQUIER OTRA PARTE QUE SEA NECESARIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DETALLADOS EN EL RENGLON N° 1
- SE REALIZARA LA REVISION GENERAL DEL EQUIPAMIENTO, TANTO MECANICO COMO ELECTRONICO PARA MINIMIZAR FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO
- SE REALIZARA UNA VISITA MENSUAL OBLIGATORIA, CON HORARIOS ACORDADOS CON EL SERVICIO, Y UNA LLAMADA DE EMERGENCIA MENSUAL, EN CASO DE NECESIDAD, PARA CONCURRIR AL SERVICIO DENTRO DE LAS 24 HORAS EN AMBOS CASOS
- DEBERA GARANTIZAR LA PROVISION DE REPUESTOS, EN CASO DE IMPORTACION DE LOS MISMOS, EL OFERENTE ADJUDICADO, DEBERA INDICAR EL TIEMPO DE DEMORA EN OBTENERLOS
- TODOS LOS REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DETALLADOS EN EL RENGLON 1 DEBEN SER ENTREGADOS Y COLOCADOS POR EL OFERENTE ADJUDICADO, ESTOS REPUESTOS DEBEN SER NUEVOS, ORIGINALES O REPARADOS A NUEVO CON LA CORRESPONDIENTE GARANTIA
- ESTARAN CUBIERTOS TODOS LOS REPUESTOS Y MATERIALES HASTA UN MONTO DEL 10 % DEL VALOR MENSUAL DEL SERVICIO, SIENDO ESTO NO ACUMULABLE DURANTE EL PERIODO DEL MANTENIMIENTO
- LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE UN AÑO CON OPCION A PRORROGA POR IGUAL PERIODO, QUEDANDO A CRITERIO DEL HOSPITAL LA RENOVACION
- EL HOSPITAL PODRA RESCINDIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CUANDO LO CREA NECESARIO, NOTIFICANDO AL OFERENTE ADJUDICADO CON 30 DIAS DE ANTICIPACION

EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO COMENZARA A REGIR A PARTIR DE LA FECHA DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA