

| | |
|---|-------------------------------|
| Nombre del organismo contratante | HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS |
|---|-------------------------------|

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----|-------------------|------|
| Tipo: | CONTRATACION DIRECTA | Nro | 92 | Ejercicio: | 2016 |
| Clase: | SIN CLASE | | | | |
| Modalidad: | SIN MODALIDAD | | | | |
| Expediente: | HOSPITAL PROF. A. POSADAS 7301/2016 | | | | |
| Rubro comercial: | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB | | | | |
| Objeto de la contratación: | ACCESORIOS PARA ESTERILIZACIÓN POR H2 O2 | | | | |
| Costo del pliego: | PLIEGO SIN VALOR | | | | |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
|--|--|
| DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES | HASTA EL DIA 26/10/2016 A LAS 11:00HS Recepción de Ofertas hasta el 26 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
|--|---|
| DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 26 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas |

ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--|---------|
| 1 | 200.000000 | UN | 295-06930-0005 | CARTUCHOS P/ESTERILIZAR; TIPO PEROXIDO DE HIDROGENO - PRESENTACION ENVASE X 5UN -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON: 159 CANTIDAD:450

Especificación técnica:

CARTUCHOS PARA ESTERILIZAR TIPO PEROXIDO DE HIDROGENO (CASSETES POR 10 AMPOLLAS) AL 58%, CON INDICADOR DE FUGA EN SU EMPAQUE. VALIDADO PARA USO EN SISTEMA STERRAD 100S
- UNIDAD=CASSETTE SE DEBERAN ENTREGAR CON UN VENCIMIENTO NO INFERIOR A 18 MESES AL MOMENTO DE LA ENTREGA. COTIZAR POR CASSETTE. INDICAR MARCA

ESPECIFICACIONES

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--|---------|
| 2 | 600,000000 | UN | 295-02620-0057 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 10UN - METODO PEROXIDO DE HIDROGENO - INDICADOR BIOLOGICO -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON:1573 CANTIDAD:2400

Especificación técnica:

INDICADORES DE ESTERILIZACION METODO PEROXIDO DE HIDROGENO TIPO INDICADOR BIOLOGICO. CYCLESURE. CERTIFICADO 510K, VALIDADO PARA ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO CON CERTIFICADO DE RESISTENCIA DE ESPORAS, VALOR D, TIEMPO DE SOBREVIVENCIA Y TIEMPO DE MUERTE, CON UNA POBLACION MINIMA DE 1 MILLON DE ESPORAS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS POR UNIDAD DE BIOLOGICO, CON INDICADOR QUIMICO EN LA TAPA DEL ENVASE, LECTURA A LAS 24 HS. PARA SISTEMA STERRAD. CON SOPORTE DE TYVEK. COTIZAR POR VIAL, INDICAR MARCA

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|---------|------------|-----------|----------------|--|---------|
| 3 | 180,000000 | UN | 295-02620-0060 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO X 20M - METODO PEROXIDO DE HIDROGENO - INDICADOR CINTA -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON.1572 CANTIDAD:720

Especificación técnica:

INDICADOR DE ESTERILIZACION , PRESENTACION EN ROLLO X 20 M PARA METODO PEROXIDO TIPO CINTA INDICADORA DE PROCESO, CLASIFICADA COMO CLASE A SEGUN LA NORMA EN867-1 Y CLASE 1 SEGUN ISO 11140-1 SENSIBLE A PEROXIDO DE HIDROGENO. CON INSTRUCCIONES DE USO QUE INCLUYEN BARRAS DE COMPARACION DE COLORES UTILIZADAS COMO REFERENCIA. CON CERTIFICADO 510K. PARA CIERRE DE PAQUETES Y VERIFICACION DE EXPOSICION, CON VIRAJE DEL ROJO AL AMARILLO Y CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD PARA USO EN SISTEMA STERRAD. UNIDAD = ROLLO INDICAR MARCA

| Renglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|---------|-----------|-----------|----------------|---|---------|
| 4 | 48,000000 | UN | 295-02554-0043 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER - PRESENTACION ROLLO X 7,5 CM X 70M -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON: 1342 CANTIDAD:144

Especificación técnica:

ROLLO P/ESTERILIZACION TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER RN ROLLO X 7,5 CM DE 2 LAMINAS ADYACENTES, UNA DE TYVEK (POLIOLEFINA PERMEABLE AL PEROXIDO DE HIDROGENO Y BARRERA MICROBIANA) OTRA DE MYLAR (POLIETILENO-POLIESTER) TRANSPARENTE E IMPERMEABLE AL AGUA, LAS LAMINAS DEBEN ESTAR SELLADAS DE 2MM X 4 CM VALIDADO PARA ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO SEGUN NORMA ISO 11140-1 (CLASE 1) Y NORMA EN 867-1 (CLASE A) CON VIRAJE DE ROJO A AMARILLO CON NO MENOS DE UNA BANDA COMPLETA CADA 15 CM A LO LARGO, TERMOSELLABLE EN RANGO 110 A 125°C. CON ESTUDIOS DE VALIDACION PARA USO EN STERRAD. ROLLOS DE 7,5 CM X 70 METROS C/U CON INDICADOR QUIMICO. COTIZAR POR ROLLO INDICAR MARCA

ESPECIFICACIONES

| Reglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|--------|-----------|-----------|----------------|--|---------|
| 5 | 36,000000 | UN | 295-02554-0044 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER - PRESENTACION ROLLO X 15 CM X 70M -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON:1339 CANTIDAD:100

Especificación técnica:

ROLLO P/ESTERILIZACION , TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER , EN ROLLO DE 15 CM X 70 M , DE 2 LAMINAS ADYACENTES, UNA DE TYVEK (POLIOLEFINA PERMEABLE AL PEROXIDO DE HIDROGENO Y BARRERA MICROBIANA) OTRA DE MYLAR (POLIETILENO-POLIESTER) TRANSPARENTE E IMPERMEABLE AL AGUA, LAS LAMINAS DEBEN ESTAR SELLADAS DE 2MM X 4 CM VALIDADO PARA ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO SEGUN NORMA ISO 11140-1 (CLASE 1) Y NORMA EN 867-1 (CLASE A) CON VIRAJE DE ROJO A AMARILLO CON NO MENOS DE UNA BANDA COMPLETA CADA 15 CM A LO LARGO, TERMOSELLABLE EN RANGO 110 A 125°C. CON ESTUDIOS DE VALIDACION PARA USO EN STERRARD. ROLLOS DE 15 CM X 70 METROS C/U CON INDICADOR QUIMICO. COTIZAR POR ROLLO INDICAR MARCA

| Reglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|--------|-----------|-----------|----------------|--|---------|
| 6 | 36,000000 | UN | 295-02554-0045 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER - PRESENTACION ROLLO X 20 CM X 70M -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON:1340 CANTIDAD:100

Especificación técnica:

ROLLO P/ESTERILIZACION , TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER , ROLLO X 20 CM , DE 2 LAMINAS ADYACENTES, UNA DE TYVEK (POLIOLEFINA PERMEABLE AL PEROXIDO DE HIDROGENO Y BARRERA MICROBIANA) OTRA DE MYLAR (POLIETILENO-POLIESTER) TRANSPARENTE E IMPERMEABLE AL AGUA, LAS LAMINAS DEBEN ESTAR SELLADAS DE 2MM X 4 CM VALIDADO PARA ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO SEGUN NORMA ISO 11140-1 (CLASE 1) Y NORMA EN 867-1 (CLASE A) CON VIRAJE DE ROJO A AMARILLO CON NO MENOS DE UNA BANDA COMPLETA CADA 15 CM A LO LARGO, TERMOSELLABLE EN RANGO 110 A 125°C. CON ESTUDIOS DE VALIDACION PARA USO EN STERRARD. ROLLOS DE 20 CM X 70 METROS C/U CON INDICADOR QUIMICO. COTIZAR POR ROLLO INDICAR MARCA

| Reglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|--------|-----------|-----------|----------------|--|---------|
| 7 | 24,000000 | UN | 295-02554-0046 | PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER - PRESENTACION ROLLO X 42 CM X 70M -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON:1341 CANTIDAD:100

Especificación técnica:

ROLLO P/ESTERILIZACION , TIPO POLIOLEFINA Y POLIESTER , ROLLO X 42 CM DE 2 LAMINAS ADYACENTES, UNA DE TYVEK (POLIOLEFINA PERMEABLE AL PEROXIDO DE HIDROGENO Y BARRERA MICROBIANA) OTRA DE MYLAR (POLIETILENO-POLIESTER) TRANSPARENTE E IMPERMEABLE AL AGUA, LAS LAMINAS DEBEN ESTAR SELLADAS DE 2MM X 4 CM VALIDADO PARA ESTERILIZACION POR PEROXIDO DE HIDROGENO SEGUN NORMA ISO 11140-1 (CLASE 1) Y NORMA EN 867-1 (CLASE A) CON VIRAJE DE ROJO A AMARILLO CON NO MENOS DE UNA BANDA COMPLETA CADA 15 CM A LO LARGO, TERMOSELLABLE EN RANGO 110 A 125°C. CON ESTUDIOS DE VALIDACION PARA USO EN STERRARD. ROLLOS DE 42 CM X 70 METROS C/U CON INDICADOR QUIMICO. UNIDAD = ROLLO INDICAR MARCA

ESPECIFICACIONES

| Reglón | Cantidad | U. Medida | Cód. Catálogo | Descripción | Muestra |
|--------|----------|-----------|----------------|--|---------|
| 8 | 1,000000 | UN | 295-02620-0062 | INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ENVASE X 1000UN - METODO PEROXIDO DE HIDROGENO - INDICADOR TIRAS INDICADORAS -. | NO |

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 908 CANTIDAD 4000

Especificación técnica:

INDICADOR DE ESTERILIZACION POR METODO PEROXIDO DE HIDROGENO TIPO TIRA INDICADORA CON INDICADOR QUIMICO CLASE 1 EN ENVASE POR 1000 UNIDADES

COTIZAR POR ENVASE DE 1000

CLÁUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS FECHA FACTURA

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:

DENTRO DE LOS 60 DIAS HÁBILES A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y SEGÚN NECESIDADES DEL SERVICIO

Lugar:

DEPOSITO DROGUERIA DISVAL SRL
ALBERTO EINSTEIN 247
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Moneda de cotización:

PESOS

Observaciones:

COTIZAR SEGUN LO DETALLADO EN "ESPECIFICACION TECNICA"

SOLO SERAN ADJUDICADOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Nº2318/02 Y 2319/02 ANMAT Y CERTIFICADO PM OTORGADO POR ANMAT.

ESQUEMA DE ENTREGAS : DENTRO DE LOS 60 DIAS HABILES DESDE LA RECEPCION DE LA OC Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

INDICAR MARCA PARA TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS

LA MERCADERIA DEBERA TENER UN VENCIMIENTO NO INFERIOR A 18 MESES DESDE LA RECEPCION DE LA OC.

SE EXIGE LA DIRECCION TECNICA DE UN FARMACEUTICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCION, IMPORTACION , EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ESTERILES; ATOXICOS Y LIBRES DE PIRETOGENOS DE UN SOLO USO O REUSO CONDICIONADO.

" EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA MANTENER EN PRESTAMO UN EQUIPO ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON CAPACIDAD PARA 100 LITROS , RODAMIENTO INCORPORADO Y CICLOS DE ESTERILIZACION DE 55 Y 75 MINUTOS ."

LAS ENTREGAS SE REALIZARAN EN EL DEPOSITO DE DROGUERIA DISVAL S.R.L CALLE GRITO DE ASECIO 3736 CABA TELEFONO 49121919 LLAMAR CON 48 HS DE ANTICIPACION PARA CONCERTAR LA ENTREGA.

Opción a Prórroga: