

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Renglón 1:

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:

#### CARACTERÍSTICAS:

- **Mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo Sterrad 100S, deberá incluir mantenimientos programados (hasta tres) cada 750 ciclos ,mano de obra especializada en caso de desperfectos y todos los repuestos necesarios para el funcionamiento del equipo incluidos la Bomba de Vacío, Unidad de RF y Sistema de Inyección.**
- **Se detallan los trabajos que debe incluir el mantenimiento:**
  - **Cambio de Aceite de la Bomba de Vacío.**
  - **Cambio del Filtro de Aceite de la Bomba de Vacío.**
  - **Limpieza del Plato Vaporizador.**
  - **Drenaje de Agua del Tanque de Aire del Sistema Neumático.**
  - **Drenaje de la Trampa de humedad.**
  - **Limpieza de Filtros de Aire.**
  - **Limpieza interna de la Cámara y Electrodo.**
  - **Limpieza del sello de Puerta.**
  - **Reemplazo de Separadores Plásticos del Electrodo.**
  - **Certificación Técnica del equipo.**
  - **Actualizar contador para próximo PM.**
  - **Todos los Trabajos que se realizan en el Nivel 1 mas**
  - **Reemplazo de Convertidor Catalítico.**
  - **Reemplazo de Filtro Bacteriológico (HEPA).**
  - **Ajuste de Cero del Baratrón (Sensor de Presión interna de la Cámara).**
- **La certificación técnica consiste en una calibración de tensiones, temperaturas, sensores de presión, chequeo de la bomba de vacío y test de fuga de la cámara.**
- **El técnico designado para el cumplimiento del contrato deberá presentar Certificado de Entrenamiento emitido por la empresa fabricante del equipo como persona capacitada para la realización del servicio técnico del esterilizador en cuestión.**
- **El contrato deberá tener una validez de un año o 3000 ciclos de uso del equipo (lo primero que ocurra).**
- **La propuesta deberá acompañarse de 1 kit de accesorios Sterrad que consiste en 12 rollos de impresora, 3 cintas de impresora, 5 cajas colectoras de cassettes y 3 platos vaporizadores.**
- **Todos los meses se deberá entregar al servicio de esterilización una ficha de tareas realizadas, firmadas por el responsable técnico.**
- **Se dará preferencia al oferente que certifique personal con experiencia en los equipos que figuran en la presente licitación.**
- **El oferente deberá realizar una visita técnica, hasta 48hs antes de la apertura firmado por el jefe a cargo del Servicio de Esterilización, el cual debe ser adjuntado en la oferta.**