

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO:
CARACTERÍSTICAS:**

Mantenimiento preventivo y correctivo de 3 (tres) esterilizadores por calor húmedo Nro. 1, 2 y 3 (marca Hogner), 1 (uno) esterilizador por calor seco Nro. 1 (marca Hogner), y 2 (dos) esterilizadores por óxido de etileno (Hogner y Quetzal), 2 (dos) selladoras de pouche, 2 (dos) incubadoras marca 3M , 1 (uno) equipo ablandador de agua y UNO (1) Autoclave Chamberlain del Sector Bacteriología.

La duración del presente contrato será por el término de 12 meses con opción a renovación por igual periodo, previa confirmación del servicio a realizarse cada 30 días y ante eventuales llamadas dentro de las 24 horas.

El oferente deberá presentar cotización con repuestos originales y todos los elementos serán nuevos.

También deberá presentar una lista de los elementos de mantenimiento y repuestos incluidos y excluidos en el presupuesto.

Debe incluir Insumos:

Rollos de papel para las impresoras de todos los equipos.

Tinta para las impresoras de los equipos.

Lubricantes.

Siliconas.

Limpiadores.

Sales para el ablandador de agua.

Repuestos:

Burletes.

Resistencias.

Bombas de vacío.

Bomba de agua.

Retenciones.

Mangueras.

REPUESTOS: todos aquellos necesarios para el normal funcionamiento de los equipos antes descritos, incluyendo, impresoras y PLC.

El servicio deberá incluir:

- Limpieza y ajuste periódico de la bomba de vacío.
- Limpieza y lubricación de juntas y puertas del mecanismo de cierre.
- Limpieza de purga de filtros.
- Purga del sistema de calefacción.
- Control y ajuste del programador automático.
- Ajuste y lubricación de niveles y carros internos y externos.
- Mano de obra para la reparación de eventuales desperfectos que se produzcan.
- Validación de todos los equipos: calificación operativa –OQ, calificación de funcionamiento –PQ física y microbiológica e informe final de validación.

Todos los meses se deberá entregar al servicio de esterilización una ficha de tareas realizadas, firmadas por el responsable técnico.

Se dará preferencia al oferente que certifique personal con experiencia en los equipos que figuran en la presente licitación.

El oferente deberá realizar una visita técnica, hasta 48hs antes de la apertura firmado por el jefe a cargo del Servicio de Esterilización, el cual debe ser adjuntado en la oferta.

La duración del contrato de mantenimiento preventivo y de urgencia tendrá una vigencia de 12 meses, con opción a prórroga por igual período.