ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

Caja de Cirugía con tapa cribada

CANTIDAD: 8 (OCHO)

CARACTERÍSTICAS:

Cajas de Cirugía de acero inoxidable con tapa cribada de 28 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho y 7 centímetros de alto.

Renglón 2:

Caja de Cirugía con tapa cribada

CANTIDAD: 3 (TRES)

CARACTERÍSTICAS:

Cajas de Cirugía de acero inoxidable con tapa cribada de 40 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto.

Renglón 3:

Mango de Bisturí

CANTIDAD: 7 (SIETE)

CARACTERÍSTICAS:

Mango de Bisturí N° 3.

Renglón 4:

Mango de Bisturí

CANTIDAD: 11 (ONCE)

CARACTERÍSTICAS:

Mango de Bisturí N° 4.

Renglón 5:

Pinzas

CANTIDAD: 3 (TRES)

CARACTERÍSTICAS:

Pinzas de disección de 14 centímetros.

Renglón 6:

CANTIDAD: 11 (ONCE)

CARACTERÍSTICAS:

Pinzas de disección de 18 centímetros.

Renglón 7:

Pinzas

CANTIDAD: 7 (SIETE)

CARACTERÍSTICAS:

Pinzas diente de ratón recta de 14 centímetros.

Renglón 8:

Pinzas

CANTIDAD: 7 (SIETE)

CARACTERÍSTICAS:

Pinza Pean de 18 centímetros.

Renglón 9:

Porta Aguja

CANTIDAD: 3 (TRES)

CARACTERÍSTICAS:

Porta aguja Mayo Hegar.

Renglón 10:

Potes Metálicos

CANTIDAD: 6 (SEIS)

CARACTERÍSTICAS:

Potes metálicos medianos.

Renglón 11:

Tijera

CANTIDAD: 11 (ONCE)

CARACTERÍSTICAS:

Tijera de Mayo recta

Renglón 12:

Tijera

CANTIDAD: 3 (TRES)

CARACTERÍSTICAS:

Tijera Metzeubaum de 18 centímetros.

REQUISITOS:

LOS PROVEEDORES DEBERAN PRESENTAR ORIGEN, MARCAS Y MODELOS DE LO OFERTADO

En caso de considerarse necesario, se solicitará al oferente la entrega de muestras para realizar verificaciones técnicas

LA FALTA DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS EN CASO DE SOLICITARSE SERA CAUSA ABSOLUTA DE DESESTIMACION

Todo el Instrumental como la línea de cortantes (tijeras), con filos endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una sola pieza, templado y revenido, lo cual permite el funcionamiento correcto del Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte. Todo el Instrumental sin filos endurecidos debe ser en acero inoxidable característica AISI 410 forjado en una sola pieza, templado y revenido. Todo el Instrumental debe tener terminación mate para evitar los reflejos en el campo operatorio y mejor visualización en los campos profundos.

GARANTIA 10 AÑOS Y EVENTUAL POSIBILIDAD DE REACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL DE CORTE EN CASO NECESARIO.

SE ADJUDICARA POR RENGLON