

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON N° 1:

REPARACION INTEGRAL DE UNA (1) REVELADORA RADIOGRAFICA MARCA PROTEC.

CANTIDAD: UNO (1) SERVICIO

CARACTERISTICAS:

REPARACION DE REVELADORA MARCA PROTEC N° 1

REEMPLAZO DE LA BOMBA DE RECIRCULACION DE REVELADOR.

REEMPLAZO DE 2 RODILLOS DE GOMA DEL RACK DE FIJADOR.

REPARACION DEL RACK DE SECADO (REEMPLAZO DE DOS EJES DE INOXIDABLE)

REEMPLAZO DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE SECADO.

GARANTIA DE LA REPARACION: SEIS (6) MESES.