

Nombre del organismo contratante	HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS
---	-------------------------------

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Nro	109	Ejercicio:	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				
Expediente:	HOSPITAL PROF. A. POSADAS 8093/2016				
Rubro comercial:	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB				
Objeto de la contratación:	ENVOLTORIOS Y ACCESORIOS PARA ESTERILIZACIÓN				
Costo del pliego:	PLIEGO SIN VALOR				

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	HASTA EL DIA 30/11/2016 A LAS 11:00HS Recepción de Ofertas hasta el 30 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	30 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
1	300.000000	UN	295-02620-0010	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 25UN - METODO OXIDO DE ETILENO - INDICADOR TIRAS C/BIOESPORAS -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON:619 CANTIDAD:1200

Especificación técnica:

INDICADORES DE ESTERILIZACION METODO OXIDO DE ETILENO C/BIOESPORAS TIPO INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAR, AUTOCONTENIDO CON SISTEMA DE LECTURA RAPIDA COLORIMETRICA PARA OXIDO DE ETILENO CON ESPORAS DE UN MILLON CON MEDIO DE CULTIVO INCORPORADO QUE PERMITA VERIFICACION DEL PROCESO. CON VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION EN EL HOSPITAL. NORMA IRAM 37102-1. LECTURA FINAL EN 4 HORAS. COTIZAR POR VIAL. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

ESPECIFICACIONES

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
2	25,000000	UN	295-02620-0012	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 25UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS C/BIOESPORAS -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON: 386 CANTIDAD:100

Especificación técnica:

INDICADOR PARA ESTERILIZACION CALOR SECO C/BIOESPORAS TIPO INDICADOR BIOLOGICO PARA CALOR SECO, CONTENIENDO EN UN TUBO UNA POBLACION DE UN MILLON DE ESPORAS DE BACILO ATROPHAEUS ATCC 9372 Y EN OTRO TUBO EL MEDIO DE CULTIVO Y EL INDICADOR COLORIMETRICO, CON VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO A CONTAR DESDE LA FECHA DE LA RECEPCION EN EL HOSPITAL. COTIZAR POR VIAL. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
3	18,000000	UN	295-02554-0010	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH - PRESENTACION ROLLO X 15 CM X 200M -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1538 CANTIDAD 72

Especificación técnica:

ROLLO PARA ESTERILIZACION TIPO POUCHE (15 CM X 200 M) DOBLE FAZ , UNA DE PAPEL USO MEDICO Y LA OTRA DE POLIESTER DE COLOR CELESTE O VERDE CON TERMOSELLADO , ANCHO DE 1,5 A 2 CM. DE 5 O 6 BARRAS, LA FAZ DEL PAPEL DEBERA TENER IMPRESA EN SU CARA EXTERNA CONTROLES PARA CALOR HUMEDO Y OXIDO DE ETILENO, EN ROLLOS DE 15 CM DE ANCHO POR 200 MTS DE LARGO, SIN FUELLE. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
4	12,000000	UN	295-02554-0012	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH - PRESENTACION ROLLO X 25 CM X 200M -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1539 CANTIDAD 60

Especificación técnica:

ROLLO PARA ESTERILIZACION TIPO POUCHE (25 CM X 200 M) DOBLE FAZ , UNA DE PAPEL USO MEDICO Y LA OTRA DE POLIESTER DE COLOR CELESTE O VERDE CON TERMOSELLADO , ANCHO DE 1,5 A 2 CM. DE 5 O 6 BARRAS, LA FAZ DEL PAPEL DEBERA TENER IMPRESA EN SU CARA EXTERNA CONTROLES PARA CALOR HUMEDO Y OXIDO DE ETILENO, EN ROLLOS DE 25 CM DE ANCHO POR 200 MTS DE LARGO, SIN FUELLE. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
5	12,000000	UN	295-02554-0018	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH - PRESENTACION ROLLO X 7,5 CM X 200M -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1541 CANTIDAD 60

Especificación técnica:

ROLLO PARA ESTERILIZACION TIPO POUCHE (7,5 CM X 200 M) DOBLE FAZ , UNA DE PAPEL USO MEDICO Y LA OTRA DE POLIESTER DE COLOR CELESTE O VERDE CON TERMOSELLADO , ANCHO DE 1,5 A 2 CM. DE 5 O 6 BARRAS, LA FAZ DEL PAPEL DEBERA TENER IMPRESA EN SU CARA EXTERNA CONTROLES PARA CALOR HUMEDO Y OXIDO DE ETILENO, EN ROLLOS DE 7,5 CM DE ANCHO POR 200 MTS DE LARGO, SIN FUELLE. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

ESPECIFICACIONES

Replón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
6	400,000000	UN	295-06930-0002	CARTUCHOS P/ESTERILIZAR; TIPO OXIDO DE ETILENO - PRESENTACION ENVASE X 67GR -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 342 CANTIDAD 1500

Especificación técnica:

CARTUCHOS PARA ESTERILIZAR TIPO OXIDO DE ETILENO EN GARRAFAS DE ALUMINIO CONTENIENDO OXIDO DE ETILENO PURO (67 GR) TIPO BIOLONE O ETILEN, QUE SE ADAPTE AL SISTEMA PERCUTOR DE NUESTROS EQUIPOS. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA.

Replón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
7	300,000000	UN	295-02620-0002	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO OXIDO DE ETILENO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 539 CANTIDAD 1200

Especificación técnica:

INDICADORES DE ESTERILIZACION METODO OXIDO DE ETILENO EN CAJAS X 100 U , TIPO INDICADOR QUIMICO-INTEGRADOR CLASE 5 PARA OXIDO DE ETILENO , NORMA IRAM 37101-1 , CON VENCIMIENTO NO INFERIOR A UN AÑO A CONTAR DESDE LA FECHA DE RECEPCION EN EL HOSPITAL . COTIZAR POR TIRA E INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Replón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
8	350,000000	UN	295-02620-0001	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION PACK X 30UN - METODO BOWIE & DICK - INDICADOR PAPEL POROSO C/TINTA SENSIBLE -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1102 CANTIDAD 1500

Especificación técnica:

INDICADORES DE ESTERILIZACION METODO BOWIE-DICK PACK POR 30 U TIPO INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TEST PACK, PARA TEST ESPECIFICOS CLASE 2, PRUEBA BOWIE-DICK INDICADOR PAPEL POROSO CON TINTA SENSIBLE, COTIZAR POR PAQUETE. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA.

Replón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
9	12,000000	UN	295-02554-0014	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO POUCH - PRESENTACION ROLLO X 40 CM X 200M -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1540 CANTIDAD 60

Especificación técnica:

ROLLOS P/ESTERILIZACION POUCH DOBLE FAZ, UNA DE PAPEL USO MEDICO Y LA OTRA DE POLIESTER DE COLOR CELESTE O VERDE CON TERMOSELLADO ANCHO DE 1,5 A 2 CM DE 5 O 6 BARRAS , LA FAZ DEL PAPEL DEBERA TENER IMPRESA EN SU CARA EXTERNA CONTROLES PARA CALOR HUMEDO Y OXIDO DE ETILENO EN ROLLOS DE 40 CM DE ANCHO POR 200 MTS DE LARGO SIN FUELLE. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Replón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
10	30,000000	UN	295-02620-0005	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO OXIDO DE ETILENO - INDICADOR CINTA INDICADORA -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 537 CANTIDAD 120

Especificación técnica:

INDICADOR DE ESTERILIZACION METODO OXIDO DE ETILENO, INDICADOR CINTA INDICADORA EN ROLLOS DE 1.5 CM DE ANCHO X 36 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE . INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA.

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
11	1.700,000000	UN	295-06682-0031	COMPRESAS; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO 100 X 100cm - PRESENTACION UNIDAD -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 590 CANTIDAD 5000

Especificación técnica:

COMPRESAS DESCARTABLES DE TELA DE POLIPROPILENO 100 % , MEDIDA 100 X 100 CM, TRICAPA TIPO SMS CON

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
12	120,000000	UN	295-02620-0003	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION CAJA X 100UN - METODO CALOR SECO - INDICADOR TIRAS INTEGRADORAS -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1101 CANTIDAD 450

Especificación técnica:

INDICADOR DE ESTERILIZACION PRESENTACION CAJA POR 100 UNIDADES TIPO TIRAS , INTEGRADOR CLASE 5 PARA CALOR SECO , CON VENCIMIENTO NO INFERIOR A 1 AÑO A CONTAR DESDE LA FECHA DE RECEPCION EN EL HOSPITAL, COTIZAR POR TIRA. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
13	3.400,000000	kg	295-02554-0053	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO GRADO MEDICO - PRESENTACION 120 MM X 0,90 M -.	SI

Observaciones del ítem:

PAC 2016 INCISO 2 RENGLON 1147 CANTIDAD 12000

Especificación técnica:

PAPEL EN HOJA TIPO GRADO MEDICO, DIMENSION 1,20 X 0,90 MTS , GRAMAJE 65 GR/M2 , PRESENTACION EN ENVASE PLANO P/USO EN ESTERILIZACION , SEGUN NORMAS VIGENTES (IRAM, ISO) , QUE REUNA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DE PULPA QUIMICA DE LA MADERA BLANQUEADA CON PROCESO KRAFT AL SULFATO O AL SULFITO 100 % DE FIBRA LARGA COMO MINIMO, QUE NO CONTenga BLANQUEADORES OPTICOS, NO TOXICO, REPELENTE AL AGUA , RESISTENTE A LA ROTURA EN SECO Y EN HUMEDO, PESO 60 GRMS/M2, PH NEUTRO, MEDIDA 1,20 X 0,90 MTS , EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR JUNTO CON SU OFERTA LA DECLARACION JURADA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENTES A LAS CARACTERISTICAS DEL PAPEL. PRESENTACION EN RESMA COTIZAR POR KILO. INDICAR MARCA Y PRESENTAR MUESTRA.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DIAS FECHA FACTURA

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:

VER OBSERVACIONES

Lugar:

DEPOSITO DROGUERIA DISVAL SRL
ALBERTO EINSTEIN 247
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Moneda de cotización:

PESOS

Observaciones:

ESQUEMA DE ENTREGAS: 60 DIAS HABLES A PARTIR DE LA O/C Y SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO

LOS OFERENTES DEBERAN COTIZAR SEGUN LO DETALLADO EN "ESPECIFICACIONES TECNICAS"

EN TODOS LOS RENGLONES INDICAR MARCA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y PRESENTAR MUESTRA.

SOLO SERAN ADJUDICADOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Nº2318/02 Y 2319/02 ANMAT Y CERTIFICADO DE PM OTORGADO POR EL ANMAT.

LOS OFERENTES ACREDITARAN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 255/94 EN SU APARTADO : SE EXIGE LA DIRECCION TECNICA DE UN FARMACEUTICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCION ; EXPORTACION ; Y COMERCIALIZACION AL POR MENOR Y MAYOR DE LOS PRODUCTOS ATOXICOS; ESTERILES Y LIBRES DE PIRETOGENOS PARA UN SOLO USO O UN REUSO CONDICIONADO*

EL VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS NO DEBE SER INFERIOR A LOS 18 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION EN EL DEPÓSITO DE DROGUERIA DISVAL

Opción a Prórroga: NO