

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON N° 1:

REPARACION DE RESPIRADOR MARCA NEWPORT, MODELO E360, N° SERIE 08360111894, N° PATRIMONIO 606.993.

CANTIDAD: UNA (1) REPARACION

LA REPARACION DEBERA INCLUIR:

- AJUSTE DE LOS SENSORES DE PRESION Y FLUJO DE PLACA ANALOGICA.
- REEMPLAZO DE LA BATERIA INTERNA DE 12V.
- REEMPLAZO DE CELDA DE OXIGENO.
- REEMPLAZO DE DIAFRAGMAS, VALVULA ESPIRATO.
- CALIBRACION DEL EQUIPO CON PULMON DE PRUEBA MICHIGAN INSTRUMENTS.
- REVISION DEL FUNCIONAMIENTO COMPLETO DEL EQUIPO.
- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE PARTES MOVILES Y GABINETE.

GARANTIA DE LA REPARACION: SEIS (6) MESES CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACION, MATERIALES E INSTALACION.