ESPECIFICACIONES TECNICAS:

RENGLON N° 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE NEUROFISIOLOGIA

CANTIDAD: DOCE (12) SERVICIOS / MESES

EQUIPOS A MANTENER:

- *Electroencefalógrafo Nihon Kohden con Video Polisomnografia modelo EEG-9100, SN 00425 - 00267- 00572*
- *Electroencefalógrafo Nihon Kohden modelo EEG-9100, SN 00481 / 00482 / 00483 y 00484*
- *EMG y PE Nihon Kohden modelo MEB-9400, SN 00537*

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Las Visitas deberán ser **semestrales** para control de los equipos, previa coordinación del día y la hora con el servicio.
- *Se deberá Identificar, inspeccionar y verificar el funcionamiento según protocolos del fabricante.*
- Implementar todas las actualizaciones, modificaciones y mejoras indicadas por el fabricante.
- *Verificar y controlar la integridad y estado de la unidad principal y el software asociado.-*
- *Verificar el funcionamiento de las cajas de electrodos.-*
- *Verificar y controlar la integridad y estado de los electrodos y accesorios.-*
- *Controlar y calibrar los dispositivos de estimulación.-*
- Se deberá brindar asesoramiento telefónico y asistencia remota **ilimitada** dentro del horario de cobertura.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Mantenimiento Correctivo deberá incluir la mano de obra integral para la atención a demanda **sin límite de visitas** dentro del horario de cobertura.

Se deberá asistir a los llamados de urgencia dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de la fehaciente comunicación del requerimiento de servicio. La atención comprende los días hábiles, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 hrs.

Se deberá realizar durante el Mantenimiento Preventivo y Correctivo una historia clínica por cada Equipo según protocolo de fabrica (tipo checklist), por cada visita técnica, dejando copia en el Servicio y en la Dirección de Infraestructura.

El conforme del detalle del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de cada mes por el Servicio y la Dirección de Infraestructura, dependerá de cumplir con el pago mensual.

SE DEBERAN ASEGURAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS DE TODOS LO EQUIPOS QUE LO REQUIERAN PARA PODER CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LO CONTRARIO QUEDARA SIN EFECTO EL MISMO