

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECOGRAFOS IE 33 PHILIPS

CANTIDAD: 2 (DOS)

CARACTERÍSTICAS:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA INTEGRAL DE 2 (DOS) ECOGRAFOS MARCA PHILIPS MODELOS IE 33.

EL MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR **TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS Y SIN USO, ORIGINALES Y 1 (UNO) TRANSDUCTOR AL AÑO** COMO MAXIMO.

LAS CONDICIONES PARTICULARES DEBERAN SER LAS SIGUIENTES:

- DEBERA REALIZAR LA INSPECCION INTERNA, LIMPIEZA, CALIBRACION, CONTROL NORMAL DEL FUNCIONAMIENTO, REVISION DEL LOG DE ERRORES, CHEQUEO DE SEGURIDAD ELECTRICA E INFORME TRIMESTRAL.
- PARA REALIZAR LAS TAREAS ANTES MENCIONADAS DEBERAN TENER UNA LLAVE USB POR CADA EQUIPO Y UN ANALIZADOR DE RIESGO ELECTRICO TIPO FLUKE

LAS CONDICIONES GENERALES DEBERAN SER LAS SIGUIENTES:

- VISITAS ILIMITADAS AL HOSPITAL ANTE FALLAS O PROBLEMAS DE MAL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS.
- REVISION Y CHEQUEO DE CADA EQUIPO POR PERSONAL ENTRENADO Y CERTIFICADO.
- ASISTENCIA TELEFONICA ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DEL USUARIO.
- CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO, TECNICOS Y DE ENFERMERIA PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
- RESPUESTA TECNICA DE EMERGENCIA ANTE FALLO O ROTURA DE LOS EQUIPOS SIN LIMITES DE LLAMADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS DE PRODUCIDO EL EVENTO SIN CARGO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL DE LUNES A VIERNES DE 09 A 18 HORAS.
- PROVISION DE REPUESTOS NUEVOS Y SIN USO, ORIGINALES, CON GARANTIA DE 90 DIAS.
- LA MANO DE OBRA DE TODAS LAS REPARACIONES SERAN SIN CARGO.
- EN CASO DE REQUERIRSE LA REPARACION EN LA EMPRESA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS SERA SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.

- TODAS LAS MEJORAS DEL SOFTWARE O DEL UP GRADE DE LOS EQUIPOS SERAN SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.
- LAS ACCIONES CORRECTIVAS DETERMINADAS POR FABRICA DE TODOS LOS EQUIPOS SERAN SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.
- LOS ACCESORIOS QUE ESTEN POR FUERA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO TENDRAN UN DESCUNETO DEL 10 %.
- SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PREVENTIVOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS SEGÚN EL FABRICANTE.
- SE DEBERAN REALIZAR TODAS LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL FABRICANTE.

ECOGRAFOS MODELO IE 33 MARCA PHILIPS

- 1- ECOGRAFO IE 33 / PHILIPS NS 03B8YK / IP 613372
- 2- ECOGRAFO IE 33 / PHILIPS NS B0092V / IP 613366

Renglón 2:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ECOGRAFO HD11XE y CLEARVUE 550 PHILIPS

CANTIDAD: 3 (TRES)

CARACTERÍSTICAS:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA INTEGRAL DE 3 (TRES) ECOGRAFOS MARCA PHILIPS MODELOS HD11 XE 2 (DOS) Y CLEARVUE 550 1 (UNO). EL MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR **TODOS LOS REPUESTOS NUEVOS Y SIN USO, ORIGINALES Y 1 (UNO) TRANSDUCTORES AL AÑO** COMO MAXIMO.

LAS CONDICIONES PARTICULARES DEBERAN SER LAS SIGUIENTES:

- DEBERA REALIZAR LA INSPECCION INTERNA, LIMPIEZA, CALIBRACION, CONTROL NORMAL DEL FUNCIONAMIENTO, REVISION DEL LOG DE ERRORES, CHEQUEO DE SEGURIDAD ELECTRICA E INFORME TRIMESTRAL.
- PARA REALIZAR LAS TAREAS ANTES MENCIONADAS DEBERAN TENER UNA LLAVE USB POR CADA EQUIPO Y UN ANALIZADOR DE RIESGO ELECTRICO TIPO FLUKE

LAS CONDICIONES GENERALES DEBERAN SER LAS SIGUIENTES:

- VISITAS ILIMITADAS AL HOSPITAL ANTE FALLAS O PROBLEMAS DE MAL FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS.
- REVISION Y CHEQUEO DE CADA EQUIPO POR PERSONAL ENTRENADO Y CERTIFICADO.
- ASISTENCIA TELEFONICA ANTE CUALQUIER EMERGENCIA DEL USUARIO.

- CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO, TECNICOS Y DE ENFERMERIA PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
- RESPUESTA TECNICA DE EMERGENCIA ANTE FALLO O ROTURA DE LOS EQUIPOS SIN LIMITES DE LLAMADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS DE PRODUCIDO EL EVENTO SIN CARGO ADICIONAL PARA EL HOSPITAL DE LUNES A VIERNES DE 09 A 18 HORAS.
- PROVISION DE REPUESTOS NUEVOS Y SIN USO, ORIGINALES, CON GARANTIA DE 90 DIAS.
- LA MANO DE OBRA DE TODAS LAS REPARACIONES SERAN SIN CARGO.
- EN CASO DE REQUERIRSE LA REPARACION EN LA EMPRESA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS SERA SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.
- TODAS LAS MEJORAS DEL SOFTWARE O DEL UP GRADE DE LOS EQUIPOS SERAN SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.
- LAS ACCIONES CORRECTIVAS DETERMINADAS POR FABRICA DE TODOS LOS EQUIPOS SERAN SIN CARGO PARA EL HOSPITAL.
- LOS ACCESORIOS QUE ESTEN POR FUERA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO TENDRAN UN DESCUNETO DEL 10 %.
- SE DEBERAN INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PREVENTIVOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS SEGÚN EL FABRICANTE.
- SE DEBERAN REALIZAR TODAS LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DE ACUERDO AL FABRICANTE.

ECOGRAFOS MODELO HD11 XE MARCA PHILIPS

- 1- ECOGRAFO HD11 XE / PHILIPS NS US61077853 / IP 614749
- 2- ECOGRAFO HD11 XE / PHILIPS NS US81470548

ECOGRAFO MODELO CLEARVUE 550 MARCA PHILIPS

- 1- ECOGRAFO CLEARVUE 550 PHILIPS IP 627052

<p style="text-align: center;">INCLUMPLIMIENTO DE TODO LO ANTERIOR DETALLADO SERA CAUSA DE BAJA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FORMA INDECLINABLE</p>
