Ministerio de Salud
Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos
Subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales
Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	HOSPITAL NACIONAL DR. POSADAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	**Nro**	125	**Ejercicio:**	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

Expediente:	HOSPITAL PROF. A. POSADAS 8652/2016
Rubro comercial:	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB
Objeto de la contratación:	OXIGENADORES ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL
Costo del pliego:	PLIEGO SIN VALOR

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	HASTA EL DIA 15/12/2016 A LAS 11:00 HS Recepción de Ofertas hasta el 15 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES PTE. ILLIA Y MARCONI S/N EL PALOMAR PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
1	60,000000	UN	295-09760-0004	OXIGENADORES DESCARTABLES; SUPERFICIE MEMBRANA 1,9M2 - FLUJO SANGUINEO 1,7L/MIN - RANGO DE PESO MAS DE 40Kg - ACCESORIOS CON - TIPO ADULTO -.	NO

Observaciones del ítem:
PAC 2017 - INCISO 2 - RENGLON Nº1133 - CANTIDAD ANUAL: 120

Especificación técnica:
OXIGENADOR ADULTO MEMBRANA DE FIBRA HUECA CAPILAR, RESERVORIO CON CEBADO DE BAJO VOLUMEN, EL MISMO DEBERA POSEER VALVULA DE SILICONA ATRAPABURBUJAS (MACRO Y MICRO BURBUJAS) CON SET DE TUBULADURAS Y CANULAS.

ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
2	15,000000	UN	295-09760-0003	OXIGENADORES DESCARTABLES; SUPERFICIE MEMBRANA 1,6M2 - FLUJO SANGUINEO 4L/MIN - RANGO DE PESO 20 A 40Kg - ACCESORIOS CON - TIPO ADULTO PEQUEÑO -.	NO

Observaciones del ítem:
PAC 2017 - INCISO 2 - RENGLON Nº1132 - CANTIDAD ANUAL: 44

Especificación técnica:
OXIGENADOR A MEMBRANA ADULTO PEQUEÑO (PEDIATRICO), VOLUMEN DE CEBADO 340ML. AREA EFECTIVA DE LA MEMBRANA 1.6 M2 DE SUPERFICIE RESISTENTE AL PLASMA (DIAMETRO INTERNO DE LA FIBRA 305 MCM. ESPESOR 30 MCM. DIMENSION DEL PORO DE LA MEMBRANA 0.03 MCM. FLUJO MAXIMO 4 L/MIN. CON SET DE TUBOS Y RESERVORIO VENOSO. RANGO DE PESO 20-40KG. CON HEMOFILTRO.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:

30 DÍAS FECHA FACTURA

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:

DENTRO DE LOS 120 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y SEGÚN NECESIDADES DEL SERVICIO

Lugar:

DEPOSITO DROGUERIA DISVAL SRL
ALBERTO EINSTEIN 247
C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Moneda de cotización:

PESOS

Observaciones:

Los bienes objeto del presente proceso de selección deberán ser entregados en el Operador Logístico que el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, designe a tal efecto, lo cual será notificado fehacientemente conjuntamente con la adjudicación.

CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE EL "TEXTO DE DESCRIPCION" Y EL "TEXTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" LOS PROPONENTES DEBERAN COTIZAR SEGUN LO DETALLADO EN "ESPECIFICACION TECNICA".

ESQUEMA DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 120 DIAS HABILES DESDE LA RECEPCION DE LA OC Y SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO.

SOLO SERÁN ADJUDICADOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE PRESENTEN CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Nº 2318/02 Y 2319/02 ANMAT Y Nº DE REGISTRO PM.

EN TODOS LOS CASOS INDICAR MARCA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 255/94: SE EXIGE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE UN FARMACEUTICO, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, IMPORTACION, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR O AL POR MENOR DE LOS PRODUCTOS ATOXICOS, ESTÉRILES Y LIBRES DE PIRÓGENOS, PARA UN SOLO USO O UN REUSO CONDICIONADO.

LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA TODOS LOS RENGLONES SOLICITADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD NO DEBERA SER MENOR A LOS (3) TRES AÑOS, A CONTAR DESDE EL MOMENTO DE SU RECEPCION EN EL DEPOSITO CENTRAL

PARA EL CASO DE LOS RENGLONES DE OXIGENADORES, SE ADJUDICARAN SOLAMENTE LOS SET DE TUBULADURAS , HEMOFILTROS Y DEMAS ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA .

Opción a Prórroga: NO