ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:
FIBROLARINGOSCOPIO FLEXIBLE
Cantidad: 1 (Uno)
Características:

Características técnicas del equipo a adquirir:

- Deberá ser un Fibrolaringoscopio Flexible de 3,4 milímetros de diámetro.
- Deberá poseer un Tubo de inserción no menor a 300 milímetros.
- Deberá permitir un Angulo de visión no menor a 85 grados.
- Deberá permitir Movimiento arriba no menor a 130 grados.
- Deberá permitir Movimiento abajo no menor a 130 grados.
- Deberá poseer una Profundidad de la agudeza /campo de 1 a 50 milímetros.
- Deberá poseer una Fuente de luz portátil tipo LED, luz fría, profunda y blanca, con batería recargable con una autonomía no menor a 3 horas continúas.
- Deberá poseer adaptadores universales para poder usarlo con diferente tipo de fibras ópticas.
- Deberá poseer un manómetro para chequeos de filtraciones.
- Deberá permitir que sea sumergible y esterilizable en gas.
- Deberá presentarse en un maletín de transporte para su cuidado y traslado a otros Servicios.

Documentación:

Todos oferentes deberán presentar lo siguiente:

- Documentación que acredite cumplir con los requerimientos de la ANMAT.
- Se deberá garantizar el soporte técnico post venta con los repuestos y accesorios originales.

Requisitos generales:

- En caso de ser necesario la comisión evaluadora solicitara un equipo de prueba para ser analizado. Todos los gastos de traslados y seguro estarán a cargo de la empresa.

REQUISITOS PARTICULARES

- Estará incluido en el precio del equipo, el curso de capacitación de usuario y la provisión de los manuales de uso.
- El equipo tendrá una garantía de 24 meses a partir de su puesta en marcha, debiendo adicionársele el tiempo que estuviere detenido por cambios de partes inherentes a la garantía o por demoras superiores a las 24 hs de comunicación fehaciente realizada por el Hospital.