

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON N° 1:

REPARACION DE ELECTROENCEFALOGRAMA CADWELL EASY II

CANTIDAD: UNO (1)

Reparación de los siguientes elementos:

- **Correcciones de soldadura del conector SUB-D25 pines.**
- **Cambio del conector del casco ECI (conector hembra para PCB 3 M ángulo de 90 grados 50 pines de 2 filas paso 12.7 milímetros).**
- **Limpieza de conectores.**
- **Reparación de la fuente de alimentación de la notebook.**

Garantía 3 (tres) meses de los repuestos cambiados.