



# ANEXO CONVOCATORIA

## 64/2017

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	EQUIPO SPEEDVAC Cámaras portamuestras revestida en teflón Rango de Control de temperaturas entre 35°C y 80°C en incrementos de hasta 5°. Tapa superior con traba de seguridad Timer programable Display digital que indique tiempo de corrida, de calentamiento y de temperatura. Alimentación 220v 50 Hz Rotor mínimo para 40 tubos de 1.5 ml. Velocidad de secado variable. Sistema de vacío con la siguiente composición: Trampa de vapor refrigerada Temperatura de funcionamiento -55°C. Capacidad mínima de 4 litros Rápida capacidad de enfriamiento Bomba de vacío libre de aceite y mantenimiento. Max de vacío 10 torr Desplazamiento 30l/min Frascos de vidrio para condensación de boca ancha con tapa de goma de seguridad con cierre hermético Controlador de vacío por criobombeo para recuperar solventes Alimentación 220 V 50 Hz. INCLUIR EN EL PRESUPUESTO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS

### IMÁGENES

Renglón: 1

*Ítem sin imagen*