

## ANEXO CONVOCATORIA

24/2018

### REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><b>Características técnicas:</b>                      Armario ignífugo construido según los requerimientos de la norma DIN 12925 apto para líquidos inflamables, de medidas alto 1950 mm, ancho 630 mm y profundidad 630 mm o superiores.                      Cierre de puertas manual. Construido con doble pared de chapa y aislación de cámara de aire, ventilas de cierre automático. Con estantes colectores regulables y bandeja colectora de derrames en el fondo. Cierre de puertas de triple seguro.                      Pintura epoxi color amarillo y bandejas electro cincadas.                      Juntas intumescentes que dilatan su volumen y sellan el armario herméticamente en caso de incendio. Debe contar con certificación del INTI.</p>	