

ANEXO CONVOCATORIA

36/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Dispositivo para medir densidad de radiación electromagnética solar: • Rango espectral: 400 nm a 1100 nm • Rango de densidad de potencia: 0 a 1300 w/m² • Precisión: error inferior al 5% en todo el rango • Tiempo de respuesta: inferior a los 500 ms • Temperatura de operación: -5 a 55°C	 TS304 TS306
2	Dispositivo para medir velocidad del aire: • Rango de velocidad: 0m/s a 25m/s • Precisión: error inferior al 5% en todo el rango • Posibilidad de adquisición de datos • Portable, con lectura directa	