

ANEXO CONVOCATORIA

42/2019

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	2 canales, 25 Mhz ancho de banda, 250 Ms velocidad de muestreo. Pantalla color 320x240. Sensibilidad Vertical 1 mV-20V/Div. Base de tiempo 10 nS-50 s/div. Memoria 25 Kpts. Funciones matemáticas, FFT. Varios tipos de disparos. Salida USB.	
2	Rango 0,2 Hz a 2 Mhz. Formas de onda Senoidal, Cuadrada, Triangular, Rampa, Pulso y TTL. Amplitud 1 mVpp a 20Vpp. Impedancia de salida 50 ohm. Atenuador 20 dB+40db. Display 4 dígitos a Leds. Resolución 0,1 mV. Contador de Frecuencia rango 0,2 Hz a 10 Mhz. Tipo UNI-T UTG9002C	
3	Pantalla LCD. Rango Manual. Apagado automático. Indicación de Baja Batería. DC máximo 600V. AC máximo 600V. Corriente DC máximo 10 ^a . Resistencia máximo 20MOhm. Continuidad con sonido. Probador de diodos. Tipo UNI-T 33b+	
4	Alimentación: 220VCA ±10% / 50Hz ±2Hz. Tensión de Salida: 0~30V. Corriente de Salida: 0~3 ^a . Regulación: CV1% +5mV. Rizado: 200mVp-p. Display: 3	