

ANEXO CONVOCATORIA

98/2018

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p><u>Características requeridas:</u> Capacidad mayor o igual a 35 litros. Tasa de evaporación estática menor a 0.3 litros/día. Tiempo de almacenamiento estático mayor a 115 días. Accesorios recomendados: Base rodante. Dispensador para transferencia de nitrógeno (se evaluará positivamente las ofertas de dichos accesorios junto con el equipo) <u>Garantía:</u> se requiere garantía mínima de 12 meses. Tipo Marca "Taylor Wharton" LD 35 Liquid Dewars 35 Litros. Tipo Marca "Arcano" S3-35 35.5 Litros.</p>	