



# ANEXO CONVOCATORIA

86/2018

## RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica  | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1       | <p>Consiste de una plataforma estática y una computadora para manejar el sistema.<br/>Accesorios incluidos:<br/>1. Tabla mecedora<br/>2. Escalones: 10cm y 15cm<br/>3. Bloque nivelador: 5cm<br/>4. Cuñas para talón/dedos 6º y 12º A/P<br/>5. Cuñas de inversión/eversión 3º y 6º int/ext<br/>6. Almohadilla de gomaespuma 46 x 46 x 13 cm</p> <p>Los test disponibles</p> <p>deben ser los siguientes:<br/>1. mCTSIB<br/>2. LOS<br/>3. RWS<br/>4. WBS<br/>5. US<br/>6. Protocolos de entrenamiento</p> <p>Además que puedan realizar los siguientes test:<br/>• GST: prueba de estabilización de la mirada<br/>• DVA: prueba de agudeza visual dinámica</p> <p>En conjunto, estos dos protocolos (GST+DVA) otorgan una visión precisa de las deficiencias estibulares subyacentes al equilibrio, y ayudan a tomar mejores decisiones de tratamiento.</p> <p>Dimensiones (cm, ancho x profundidad x altura)<br/>Carro de PC 61 x 61 x 112-145*<br/>Plataforma dual 46 x 152 x 5<br/>Armazón de madera:<br/>Lateral 20 x 152 x 5<br/>Entrada 89 x 81 x 5<br/>Salida 89 x 58 x 5<br/>Salida alternativa 89 x 20 x 5<br/>Altura mínima del techo 242<br/>Dimensiones armado 89 x 231-292 x 5<br/>Peso máximo del paciente 227kg<br/>Mínima área requerida 305 x 183<br/>Peso total 90kg</p> <p>Sistema que incluya:<br/>Software Especifico de Evaluación de Balance<br/>Plataforma dual estática de 152cm<br/>Armazón de madera<br/>Notebook<br/>Monitor operador 17" LCD color<br/>Impresora color<br/>Mouse inalámbrico<br/>Carro movable para PC<br/>Fuente de alimentación de grado médico</p> <p>Accesorios incluidos:<br/>Tabla mecedora<br/>Escalones: 10cm y 15cm<br/>Bloque nivelador: 5cm<br/>Cuñas para talón/dedos 6º y 12º A/P<br/>Cuñas de inversión/eversión 3º y 6º int/ext<br/>Almohadilla de gomaespuma 46 x 46 x 13 cm<br/>Garantía técnica: 12 (doce) meses contra todo defecto de fabricación y/o mano de obra.</p> |        |



Universidad Nacional  
de La Matanza

Firma del Responsable de Contrataciones