



ANEXO CONVOCATORIA

111/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Sistema inalámbrico de sensores inerciales para valoración objetiva de la marcha, equilibrio y salto. Para la evaluación, prevención, diagnóstico y el seguimiento de las intervenciones de Rehabilitación, ortopedia o farmacológicas</p> <p>Compuesto por: acelerometro triaxial, sensor magnético, giroscopio triaxial y gps, todo portable, con cinturón, bolso de transporte, cable usb, software para analisis de parámetros espacio temporales de la marcha y cinemática de la pelvis, con datos normativos para todos los parámetros adquiridos.</p> <p>Que incluya protocolos para:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Walk: Prueba de marcha a distancia fija o variable2) Jumps: supervisión del rendimiento deportivo3) Timed Up & Go Test: Movilidad funcional, riesgo de caídas y evaluación del equilibrio.4) Turn test: Evaluación del desarrollo de alteraciones del movimiento por enfermedades neurodegenerativas.5) 6 Minutes walking test: Evaluación del ejercicio y capacidad residual funcional en pacientes pediátricos y adultos mayores.6) Run: Evaluación del nivel de recuperación post-lesión, parámetros espacio-temporales y análisis de asimetrías. <p>Garantía Técnica: 1 año de garantía</p>	

Firma del Responsable de Contrataciones