



ANEXO CONVOCATORIA

117/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1 | <p>Los microscopios tienen las siguientes características :</p> <p>Microscopio de cabeza trinocular 5 unidades: Inclinción a 30° rotatorio 360°. Marca Arcano, modelo XSZ 107 BNT.</p> <p>Microscopio de cabeza binocular 35 unidades. Inclinción a 30° rotatorio 360°, modelo XSZ 107 con LED.</p> <p>Microscopio binocular Marca Arcano, modelo XSZ 100 BN 20 unidades: óptica acromática 4 objetivos – Luz halógena regulable. Cabeza binocular tipo seidentopf con inclinación a 30°, rotatorio 360°. Portaoculares con distancia interpupilar variable entre 55 – 75 mm. Oculares 1 par 10x WF – Objetivos acromáticos 4x/N.A. 0.10, 10x/N.A. 0.25, 40x/N.A. 0.65 y 100x/N.A. 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x.</p> <p>Platina mecánica de 125 x 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento apto para 2 portaobjetos.</p> <p>Condensador de Abbe N.A. 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y polafiltro.</p> <p>Enfoque marco y micrométrico coaxil bilateral con regulación de tensión y con focus stop – División mínima 2 micrones – Luz halógena regulable 6V 20W</p> <p>El mantenimiento mensual de los 60 equipos debe contemplar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Control de mecanismo de enfoque- Limpieza- Control de componentes ópticos- Control de sistema de iluminación, cables, zócalo de lámpara, centrado de iluminación, bornes, calibración, ensamble y prueba de correcto funcionamiento. | |

Firma del Responsable de Contrataciones