



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

PATRICIA ACCARDI
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO			
CUIT N°:	MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO			
Localidad:	MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS		N° 25/2017	Ejercicio: 2017
Clase: SIN CLASE			
Modalidad: SIN MODALIDAD		Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso a) Apartado 1. - RES. CONS. SUP. N° 259/17 - Art. 26 a)2.	

Expediente N° 125.633

Rubro Comercial: 52 - EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD
Objeto de la contratación: Adquisición de armarios de seguridad y bidones para sustancias químicas inflamables.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 17 de OCTUBRE de 2017 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	17 de OCTUBRE de 2017 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	437-01641-0017	6	C/U	ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas: -Material: acero inoxidable. -Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire. -Aislación realizada con material aisl...(ver detalle).		
2	433-09115-0001	10	C/U	Bidón metálico de seguridad Tipo II: destinado al transporte y almacenamiento de combustibles, manguera flexible y sistema arrestallama. Construido en acero inoxidable que disipa el calor para contrarestar el regreso de llamas. Colector exclusivo y ventilado AccuFlow tipo II con mango y mecanismo de disparo Safe-Squeeze® que otorga seguridad en el vaciado, de forma controlada. Con etiqueta de a...(ver detalle).		
3	437-01641-0017	10	C/U	ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas: -Material: acero inoxidable. -Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire. -Ventilación de cierre automático. -Cier...(ver detalle).		
4	437-01641-0017	2	C/U	ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas: -Material: acero inoxidable. -Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire. -Aislación realizada con material aisl...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	439-06385-0006	2	C/U	Adquisición e instalación de campana para extracción de gases, que cumpla con la Norma IRAM 3645 y sus anexos. La campana debe poseer las siguientes características técnicas aproximadas: - Campana con cabina inferior para extracción de gases y vapores. Gabinete exterior en chapa de acero SAE 1010 protección anti corrosiva epoxi y terminación con pintura epoxi de alta resistencia. - Apta para apoya...(ver detalle).		
6	433-09115-0001	3	C/U	Bidón metálico de seguridad Tipo I: destinado al transporte y almacenamiento de combustibles, manguera flexible y sistema arrestallama. Construido en acero inoxidable que disipa el calor para contrarrestar el regreso de llamas. Con etiqueta de advertencia e identificación del contenido. Capacidad aproximada: 2 Galones. Que posea las certificaciones: FM, UL/ULC y TUV.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas:

-Material: acero inoxidable.

-Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire.

-Aislación realizada con material aislante de alta densidad no tóxico.

-Ventilación de cierre automático.

-Cierre de puertas de triple seguro.

-3 bandejas colectoras electrocincadas regulables y cierre de puertas manual.

-Pintado con pintura epoxi color amarillo en el exterior, interior. Bandejas electrocincadas. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

-Testeado por el INTI.

-Dimensiones exteriores aproximadas: Alto 1900 mm. Ancho: 640 mm. Profundidad: 640mm.

Marca de referencia: Estructuras Científicas SA similar o calidad superior.

Renglon 2 - Bidón metálico de seguridad Tipo II: destinado al transporte y almacenamiento de combustibles, manguera

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



flexible y sistema arrestallama.

Construido en acero inoxidable que disipa el calor para contrarestar el regreso de llamas. Colector exclusivo y ventilado AccuFlow tipo II con mango y mecanismo de disparo Safe-Squeeze® que otorga seguridad en el vaciado, de forma controlada.

Con etiqueta de advertencia e identificación del contenido.

Capacidad aproximada: 1 Galón. Que posea las certificaciones: FM, UL/ULC y TUV.

Renglon 3 - ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas:

-Material: acero inoxidable.

-Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire.

-Ventilación de cierre automático.

-Cierre de puertas de triple seguro.

-1 bandeja colectora electrocincada regulable y cierre de puertas manual.

-Pintado con pintura epoxi color amarillo en el exterior, interior. Bandejas electrocincadas. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

-Testeado por el INTI.

-Dimensiones exteriores aproximadas: Alto 1000 mm. Ancho: 990 mm. Profundidad: 450mm.

Marca de referencia: Estructuras Cientificas SA, similar o calidad superior.

Renglon 4 - ARMARIO DE SEGURIDAD IGNIFUGO para el almacenamiento en forma segura de sustancias químicas inflamables, con las siguientes características aproximadas:

-Material: acero inoxidable.

-Ignífugo de dos puertas plegadizas, que cumplimente los requerimientos de la norma NFPA 30, apto para líquidos inflamables. Doble pared de chapa y aislación con cámara de aire.

-Aislación realizada con material aislante de alta densidad no tóxico.

-Ventilación de cierre automático.

-Cierre de puertas de triple seguro.

-1 bandeja colectora electrocincada regulable y cierre de puertas manual.

-Pintado con pintura epoxi color amarillo en el exterior, interior. Bandejas electrocincadas. Juntas intumescentes que dilatan su volumen 25 veces y sellan el armario herméticamente.

-Testeado por el INTI.

-Dimensiones exteriores aproximadas: Alto 700 mm. Ancho: 580 mm. Profundidad: 360mm.

Marca de referencia: Estructuras Cientificas SA, similar o calidad superior.

Renglon 5 - Adquisición e instalación de campana para extracción de gases, que cumpla con la Norma IRAM 3645 y sus anexos.

La campana debe poseer las siguientes características técnicas aproximadas:

- Campana con cabina inferior para extracción de gases y vapores. Gabinete exterior en chapa de acero SAE 1010 protección anti corrosiva epoxi y terminación con pintura epoxi de alta resistencia.

- Apta para apoyar sobre mesada existente.

- Deflector trasero para extracción de gases pesados. Puerta frontal tipo guillotina en vidrio de seguridad laminado de 6 mm. Contra pesada. Laterales ciegos.

- Con suministro eléctrico para 2 tomacorrientes externos.

- Interruptor de arranque del extractor con regulador analógico de velocidad.

- Con luz interior con luminancia estanca a LED en cámara fuera de la zona de aspiración. Con mandos de encendido de luz y extractor externos.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Extractor de conducto de 1250 m³/h, con cámara de aspiración independiente al motor, en poli carbonato de alta resistencia con protección uv. Capacidad máxima 6 mts. lineales para conducto Ø 100 mm. Salida superior.

Que posea parada de emergencia.

Con rutina de barrido de seguridad en encendido y apagado.

Medidas aproximadas:

Exterior: 1.2 x 0.58 x 1.47 m

Zona de trabajo: 1 x 0.5 x 1.3 m

Boca de acceso: 1 x 0.6 m

Marca de referencia Thorbell, modelo CA-126-C14, similar o de calidad superior.

El oferente debe proveer todos los materiales (codos, caños, etc.) necesarios para la instalacion y puesta en marcha de la campana.

Renglon 6 - Bidón metálico de seguridad Tipo I: destinado al transporte y almacenamiento de combustibles, manguera flexible y sistema arrestallama.

Construido en acero inoxidable que disipa el calor para contrarestar el regreso de llamas.

Con etiqueta de advertencia e identificación del contenido.

Capacidad aproximada: 2 Galones. Que posea las certificaciones: FM, UL/ULC y TUV.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Decreto 893/12. Art. 228 al 240.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).
- 4) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, expedido por la AFIP a solicitud del interesado, y según Resolución General de la AFIP N° 1814/05. Quedan excluidos de esta obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyo importe no supere los PESOS CINCUENTA MIL (\$ 50.000,00).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS CINCO MIL (\$ 5.000,00) (Art. 103 Inc. c) Decreto N° 893/12).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatorio su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.

Observaciones: Responsable patrimonial: Jorge Omar Martínez (de todos los renglones).

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2017, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2017, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2017.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE