



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 73/2018	Ejercicio: 2018
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 - Res. Cons. Sup. N° 259/17 -Art. 26 a)2	

Expediente N° 130.203

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento de laboratorio.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 23 de NOVIEMBRE de 2018 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	23 de NOVIEMBRE de 2018 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	433-02755-0018	1	C/U	Destilador de agua, con siguientes características mínimas: Caudal: al menos 4lt/hs Vela calefactora de cuarzo, caldera de vidrio, condensador de doble efecto, nivel constante, sistema de corte de seguridad en caso de exceso de temperatura o baja caudal de agua. Tablero electrónico de comando. Alimentación 220 Volts, 50/60 Hz. Marca de referencia: TECNODALVO		
2	433-06867-	1	C/U	ESTUFA de aire forzado con las siguientes características mínimas: Rango de temperatura: desde ambiente hasta 200 grados. Medidas internas 50 x 70 x 50 cm (aprox. 175 litros) Regulador electrónico digital. Termómetro y timer incorporado en el controlador de temperatura. Sensibilidad 0,1 0C. Capacidad para 6 estantes Puerta simple ciega (cierre con traba y burlete) Interruptor de corte de funciona...(ver detalle).		
3	433-00165-0001	1	C/U	FOTÓMETRO DE LLAMAS Rango de medición: 0 a 199,9 ppm. - Límites de detección: Na: <0,2 ppm; K: <0,2 ppm; Li: <0,25 ppm; Ca: <15 ppm; Ba: <30 ppm. - Reproducibilidad: <1%. - Linealidad: mejor que el 2% cuando se fija un valor de lectura de 100 para una concentración de Na o K de 3 ppm o de 5 ppm de Li. - Incluye filtros para Na, K, Ca, Li y Ba; mangueras de conexión y clips. -- Salida para registro...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 130.203	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N°73/2018
------------------------------	---	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
4	433-03933-0020	1	C/U	Medidor de pH Digital con las siguientes características mínimas: Rango: pH 0,00 a 14,00, Temperatura 0 ° C-50 ° C (32 ° F-122 ° F) Resolución: 0.01PH pH, Temperatura 0.1 ° C (0.2 ° F) Precisión: ± 0.03pH, temperatura ± 0,5 ° C (± 1 ° F) Batería: 4 x 1.5V (AG-13) Compensación de temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C Métodos de Calibración: Calibración de d...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Destilador de agua, con siguientes características mínimas:

Caudal: al menos 4lt/hs

Vela calefactora de cuarzo, caldera de vidrio, condensador de doble efecto, nivel constante, sistema de corte de seguridad en caso de exceso de temperatura o baja caudal de agua. Tablero electrónico de comando. Alimentación 220 Volts, 50/60 Hz.

Marca de referencia: TECNODALVO

Renglon 2 - ESTUFA de aire forzado con las siguientes características mínimas:

Rango de temperatura: desde ambiente hasta 200 grados.

Medidas internas 50 x 70 x 50 cm (aprox. 175 litros)

Regulador electrónico digital. Termómetro y timer incorporado en el controlador de temperatura. Sensibilidad 0,1 0C.

Capacidad para 6 estantes

Puerta simple ciega (cierre con traba y burlete)

Interruptor de corte de funcionamiento

Indicador luminoso de funcionamiento.

Marca y modelo de referencia: Dalvo, modelo premium UpF575.

Renglon 3 - FOTÓMETRO DE LLAMAS

Rango de medición: 0 a 199,9 ppm.

- Límites de detección: Na: <0,2 ppm; K: <0,2 ppm; Li: <0,25 ppm;

Ca: <15 ppm; Ba: <30 ppm.

- Reproducibilidad: <1%.

- Linealidad: mejor que el 2% cuando se fija un valor de lectura de 100 para una concentración de Na o K de 3 ppm o de 5 ppm de Li.

- Incluye filtros para Na, K, Ca, Li y Ba; mangueras de conexión y clips.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



- Salida para registro: nominal 1,00 V para una lectura de 100,0.
- Operación con 220 VCA.
- Regulador para gas propano
- Compresor que opere con 220 VCA, compatible con el equipo (modelo sugerido 8515).
- Marca y modelo de referencia: Jenway, modelo PFP7

- Se solicita cotización CIF aeropuerto de Córdoba

Renglon 4 - Medidor de pH Digital con las siguientes características minimas:

Rango: pH 0,00 a 14,00, Temperatura 0 ° C-50 ° C (32 ° F-122 ° F)

Resolución: 0.01PH pH, Temperatura 0.1 ° C (0.2 ° F)

Precisión: ± 0.03pH, temperatura ± 0,5 ° C (± 1 ° F)

Batería: 4 x 1.5V (AG-13)

Compensación de temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C

Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 50 ° C

Métodos de Calibración: Calibración de dos puntos automático (La cabeza del electrodo del instrumento se puede cambiar)

Apagado automático: Mientras el instrumento está encendido, se apagará automáticamente en 4 minutos.

Grado impermeable: IP65

Dimensiones aprox: 188mm x 35mm x 35mm

Peso aprox: 80 g

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 259/17 Art. 195.- (<http://www.argentinacompra.gob.ar/>).

SERÁ DESESTIMADA LA PROPUESTA DE LOS OFERENTES INSCRIPTOS EN EL REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) DE ACUERDO A LA COMUNICACIÓN GENERAL N° 22 DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: cuando el monto de la garantía no fuera superior a PESOS SESENTA Y CINCO MIL (\$ 65.000,00) (Art. 94 Inc. c) Res. Cons. Sup. N° 259/17).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES.

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN O SERVICIO.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

Se debe completar los faltantes en el campo <DATOS DEL PROVEEDOR>

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

El oferente podrá leer y/o descargar de la página web: www.argentinacompra.gov.ar normativa Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. No siendo obligatoria su presentación juntamente con su oferta, pero no podrá aducir desconocimiento del mismo.-

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 130.203	CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N°73/2018
------------------------------	---	------------------

1.- CONSTITUCION DE DOMICILIO ESPECIAL EN RIO CUARTO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2018, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

2.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2018, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

.....de.....de 2018.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE