

Equipo	Dimensiones AnxPxAl [mm]	Masa [kg]	Disipación térmica [W]	Ruido [dB(A)]
PET-CT gantry	2203x1403x2065	3511	7290	70 (centro PET- -bore)
Mesa paciente	2617x592x1224	694	-	-
Receptor de la tabla paciente	909x516x1100 (máx)	75	-	-
Vereos chiller	760x635x900	136	3500	65
Vereos deshumidificador	1030x612x860	113	640	70.2
Armaio NIMRS	740x1090x1070	210	1550	-
Protección de alimentación del gantry (GPP)	921x609x1498	487	430	-
Armaio del sistema de alimentación	1016x1016x1016	464	460	-
Armaio servidor CRC	740x1090x1070	210	600	-
Estación de trabajo huésped CT/CRC	varias piezas	8	-	-
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Electronic cabinet 120 kVA	800x850x1905	790	2560 (max)	< 65
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) Armaio de batería	670x965x1905	1678	-	-
Inyector en techo	580, altura de columna de techo 1660, longitud de	82	-	-