



ROSARIO, 30 de mayo de 2019

Señor gerente comercial de:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de invitarlo a participar de la contratación cuyo detalle se explica al pie de la presente.

Se recuerda que este Organismo realiza sus actos licitatorios sobre la base de lo establecido en los Decretos 1023/2001 y 1030/2016 y su reglamentación vigente.

Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares de este procedimiento podrán ser consultados o retirados, con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso gratuitamente, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo "Contrataciones Vigentes".

Deberá presentar la constancia de inscripción en COMPRAR (www.comprar.gov.ar) y el Formulario 13 – "Declaración jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública", Formulario 202/2.017, Inscripción ante A.F.I.P. y fotocopia del último pago de aportes jubilatorios de empleados, en el caso de tenerlos, de lo contrario de los titulares de la firma. Se recuerda que esta Facultad actúa como agente de retención de I.V.A, GANANCIAS Y S.U.S.S.-

LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS CON VALORES UNITARIOS QUE CONTENGAN COMO MAXIMO DOS (2) DECIMALES; EN EL CASO DE CONTENER MAS DECIMALES SE PROCEDERA A REDONDEAR LOS MISMOS A DOS (2) DECIMALES.

Contratacion Directa N° 17/2.019

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Valor del Pliego: Sin Costo

Plazo de entrega: 30 días

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 30 días

Reng.	Cantidad	Descripción
1	1,00	433-09154 Balanza Analítica 110 g/ Exactitud: 0.1 mg, con Calibración Interna Marcas Radwag, BOECO, OHAUS u otras Características técnicas sugeridas; Carga máxima: 120 g Carga mínima: 10 mg Exactitud: 0.1 mg Repetibilidad: 0.1 mg Linealidad: ± 0.2 mg Tiempo de estabilización: 3.5 seg. Deriva de la sensibilidad: Ippm°C en el rango de temperatura + 10" - +40oC Calibración: Interna Automática Cabina anti-Viento: SI Diámetro del plato: 85 mm Interface: 2 * RS232, USB-A, USB-B. WiFi (opcional) Pantalla LCD retroiluminado Alimentación' 220V, 50-60Hz Peso: 7.7kg

Los presupuestos en original y duplicado podrán ser entrega-dos hasta el 12 de junio de 2019, hasta las 16:00 horas, en ZEBALLOS 1341, Departamento Contrataciones.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Luis Emilio Seguer
Jefe Dpto. Contrataciones
Facultad Regional Rosario
Universidad Tecnológica Nacional