

ANEXO CONVOCATORIA

14/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Bomba de muestreo portátil. Rango de caudal de 20 a 5000 cc/min sin adaptadores externos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La bomba debe incluir: - Programador de muestreo. - Poseer software que realice correcciones de presión y temperatura del ambiente de muestreo en contraste con las que fue calibrada. - Puede muestrear particulado, vapores, gases, humos metálicos y acepta todos los medios de muestreo habituales. - Con indicaciones en español. - Capacidad de programar 16 eventos de muestreo. - Pantalla digital con indicación de caudal en tiempo real, tiempo total de muestreo y volumen total muestreado. - Con Certificado de calibración realizado con patrones trazables. - Incluye servicio de calibración de bomba personal de muestreo de aire y rotámetro.- Pack baterías de NiMH. - Base para carga y descarga de datos. - Un (1) metro de tubería flexible. - Soporte para cassette cortafiltro. - Soporte simple para tubo 6 x 70 mm. Certificado de calibración realizado con patrones trazables. - Rotámetro indicador económico, Rango: 400 a 5000 cc/min. -Filtro de membrana PTFE de 2 µm micrómetros y 37 mm de diámetro con soporte incluido en paquete de 50 unidades. 	
2	<p>Medidor portátil de pH y ORP</p> <p>Rango de medición de al menos 0–14 pH; -1500 a 1500 mV</p>	



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
2	Electrodos pH y ORP (opcional).	