



# ANEXO I

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Organismo Contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 11/2018  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 198/2018  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de microscopio biológico.  
**Rubro:** Equipos  
**Lugar de entrega único:** Sede Belgrano 369 - San Antonio de Padua (Belgrano 369 (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
<b>Dirección:</b>	Belgrano 369, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires	<b>Dirección:</b>	Belgrano 369, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires
<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes de 9.30 a 15.30 horas.	<b>Plazo y horario:</b>	De lunes a viernes de 9.30 a 15.30 horas.
<b>Costo del pliego:</b>	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
<b>Dirección:</b>	Belgrano 369, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires	<b>Lugar/Dirección:</b>	Belgrano 369, (1718), SAN ANTONIO DE PADUA, Buenos Aires
<b>Fecha de inicio:</b>	02/08/2018	<b>Día y hora:</b>	10/08/2018 a las 10:30 hs.
<b>Fecha de finalización:</b>	10/08/2018 a las 10:30 hs.		



## RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Microscopio Biológico Profesional, según especificaciones técnicas. Catálogo de Bienes y Servicios:MICROSCOPIO (4.3.3.00244)	UNIDAD	1,00



## **ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Renglón 1**

Microscopio Biológico Profesional, según especificaciones técnicas.

Microscopio Biológico Profesional Tipo Celestron Labs 800 con rango de aumento 40x a 800x con cabezal monocular con inclinación de 45°, oculares de 10x y 20x, iluminación LED, diafragma disco con 6 aperturas, foco macrométrico y cámara digital 2.0 MP y conexión USB 2.0, con alimentación para adaptador 220 V o 3 baterías AA. Medidas 127 x 152 x 279 mm.